



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

Str.Avrig, Nr. 72-74, Sector 2, Bucuresti, Cod postal 021578
Tel.: 021.252.79.78, 021.252.39.97, 021.252.32.16 ; Fax: 021.252.55.20
Email: dspb@dspb.ro, WEB: www.dspb.ro

LABORATORUL DE IGIENA RADIATIILOR IONIZANTE BUCUREȘTI

Str. Reconstructiei, Nr.6, Sector 3, Tel.: 021 324.21.36, Fax: 021 324.25.67

In baza legii 95 / 2006 privind asistenta de sanatate publica, a prevederilor Legii nr. 111 / 1996 cu modificarile ulterioare, a Normelor generale de protectie a muncii - 2003, a Normelor sanitare de baza pentru desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare - Ordinul nr.381 / 2004 al ministrului sanatatii si a Ordinului M.S.nr.431 / 2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor de igiena radiatiilor ionizate aflate in retea Ministerului Sanatatii.

In urma documentatiei depuse la D.S.P. Bucuresti de catre:

FUNDATIA "DR.VICTOR BABES"

inregistrata la Biroul pentru avize si autorizari cu numarul: 8202 / 17.04.2015

constatand ca sunt indeplinite prevederile legale, conform referatului de evaluare
nr 585, intocmit de Dr.F.Ciupagea

se elibereaza:

AUTORIZATIA SANITARA

Nr.: 585 / 22.04.2015

OBIECTIVUL AUTORIZAT "Laborator Rx.dg.-inst.MULTIX SELECT DR "

Adresa: Sos. MIHAI BRAVU, nr.281, Bucuresti, sect. 3

INSTITUTIA: FUNDATIA "DR.VICTOR BABES"

Adresa: Sos. MIHAI BRAVU, nr.281, Bucuresti, sect. 3

PRACTICA AUTORIZATA RADIODIAGNOSTIC

ACTIVITATEA AUTORIZATA FUNCTIONARE - UTILIZARE

Autorizatia este emisa in baza documentatiei depusa si inregistrata la Biroul pentru Avize si Autorizatii sanitare din D.S.P. BUCURESTI prevederile din anexa fac parte integranta din autorizatie.

Orice modificare fata de documentatia pe baza careia s-a emis autorizatia atrage automat anularea autorizatiei, daca nu a fost anuntata si aprobata in prealabil de catre emitent, in cadrul termenului de valabilitate inscris pe prima pagina.

Retragerea autorizatiei CNCAN atrage automat si anularea autorizatiei sanitare, pana la reconsiderarea situatiei.

PREZENTA AUTORIZATIE: INTRA IN VIGOARE LA DATA DE: 22.04.2015

EXPIRA LA DATA DE: 21.04.2020



SEF LABORATOR
Dr.F.CIUPAGEA